



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโคมไฟกราฟชินิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบบูร์วีสิเบิลตีเก็ตเตอร์และฟลูออเรสเซนต์ตีเก็ตเตอร์พร้อมเครื่องทำปฏิกิริยาแก๊สสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องโคมไฟกราฟชินิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบบูร์วีสิเบิลตีเก็ตเตอร์และฟลูออเรสเซนต์ตีเก็ตเตอร์พร้อมเครื่องทำปฏิกิริยาแก๊สสาร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคាលั้นนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องโคมไฟกราฟชินิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบบูร์วีสิเบิลตีเก็ตเตอร์และฟลูออเรสเซนต์

ตีเก็ตเตอร์พร้อมเครื่องทำปฏิกิริยาแก๊สสาร (High Performance Liquid Chromatograph (HPLC), UV-Visible Detector and Fluorescence Detector with Post-column Derivatization) จำนวน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบชี้อิวain บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังข้อหาตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วันประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไช เว้นแต่รูบאלของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ขายต้องแสดงหนังสือการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๑๒. บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001

๑๓. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่าในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานใช้งานเครื่องมือปกติตามคุณภาพใช้งานแต่เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเครื่องมือขัดข้องผิดปกติ ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบแก้ไขอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาที่รับประกัน ยกเว้นค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง (Consumable Parts)

๑๔. ผู้ขายต้องทำการสอบเทียบ (Calibrated) ณ จุดติดตั้ง และทดสอบสมรรถนะของเครื่อง พร้อมใบรับรอง การติดตั้งเครื่อง

๑๕. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่าจะจัดการฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลเครื่องมือที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใช้งาน (On-site training) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง พร้อมทั้งออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้พานการฝึกอบรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๖. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง (Preventive

Maintenance) และบริการสอบเทียบ (Calibrated) จำนวน ๑ ครั้งต่อปี ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน

๗. ผู้ขายต้องมีเอกสารแสดงว่ามีพนักงานของบริษัทที่เป็นทีมงานวิศวกร (Service Engineer) และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ/นักเคมี (Application Chemist) ที่มีใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต สำหรับการดูแลและแนะนำเครื่องมือ (เฉพาะครุภัณฑ์รายการหลัก) อย่างน้อย ๑ คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน การดูแลรักษาและการบริการหลังการขาย

๘. ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่าจะทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโคลมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของเครื่องมือ ภายใน ๔๕ วัน หลังจากวันที่ตรวจรับ โดยมีรายละเอียด ตรวจวัดสารละลายมาตรฐาน Aflatoxins B1, B2, G1, G2 จำนวนอย่างน้อย ๕ ชุด

แบบปิดและเปิดเครื่อง UVE

๙. พื้นที่ใต้ peak ของ Aflatoxins B1 และ G1 เฉลี่ยของการฉีด ๕ ชุด เมื่อเปิดเครื่อง UVE ต้องมากกว่า

๑ เท่า พื้นที่ใต้ peak ของ Aflatoxins B1 และ G1 เฉลี่ยของการฉีด ๕ ชุด เมื่อปิดเครื่อง UVE อย่างน้อย ๑ เท่า

๑๐. พื้นที่ใต้ peak ของ Aflatoxins B1, B2, G1 และ G2 เมื่อเปิดเครื่อง UVE เฉลี่ยของการฉีด ๕ ชุด ต้องมีค่า %RSD น้อยกว่า 10%

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่มีเงิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://eprocurement.dmsc.moph.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๘๕๑๐๒๒ ในวันและเวลา

ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วนิดา ยุรยาติ

(นางสาววนิดา ยุรยาติ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์